

Suwałki, dnia 05/06/2025r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Znak sprawy: DZI-18/2025

Dotyczy: Wyłonienie wykonawcy na „Zakup sprzętu medycznego (pomp do żywienia, koncentratory tlenu, otoskopu) do opieki i terapii pacjentów na potrzeby oddziałów i poradni szpitalnych w ramach projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa- etap 3

UCZESTNIK 1***Pytanie 1 dotyczy: Zakup sprzętu medycznego Otoskop***

Czy Zamawiający dopuści otoskop bez :

- Iluminatora gardła (chłodne światło)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- oraz bez stały system optyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Reszta parametrów wg opisu

UCZESTNIK 2***Pytanie 1 Zgodnie z załącznikiem, przesyłam zapytanie czy:***

- Otoskop może przekraczać powiększenie 3 krotne (powiększenie 4.2x, przewyższające wymagane)?

Odpowiedź: Tak.

- Otoskop może posiadać stały system optyczny z uchylnym okienkiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Otoskop może pracować do 7 godzin (420 minut) na pełnym naładowaniu? (min. 100 min wg. Załącznika)

Odpowiedź: Tak.

UCZESTNIK 3***Pytanie 1 do części 1***

Czy zamawiający w części 1 dopuści pompę o następujących parametrach:

Właściwości

- Możliwe zaprogramowanie szybkości przepływu diety: 1–400 ml/h
- Zakres ustawienia całkowitej dawki: 1–4000 ml
- Zasilanie z sieci lub akumulatora
- Czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy
- Wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów (alarmy)
- Zacisk do umocowania do stojaka w zestawie

Podstawowe parametry techniczne

- Dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml/h
- Dokładność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml
- Zasilanie sieciowe: 100–240 V; 50–60 Hz; 0,4 A max.
- Bateria: wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa, 3,6 V DC 2000 mAh
- Czas pracy z baterii: 24 h przy szybkości podaży 125 ml/h
- Odporność na zalanie wodą: klasa IPX 5 (możliwość płukania pod bieżącą wodą)
- Masa 392 g
- Wymiary 140 x 95 x 35 mm

Programy żywienia (terapię)

- objętość – szybkość, szybkość
- tryb pracy - ciągły



Elementy pompy

- A. Pokrywa pompy
- B. Wyświetlacz LCD
- C. Klawiatura
- D. Rotor
- E. Czujnik ciśnienia napływu
- F. Czujnik ciśnienia wypływu
- G. Komora do podłączenia zestawu do pompy
- H. Czujnik obecności powietrza
- I. Zacisk stojaka (element dokręcany do tylnej ściany pompy)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompę o następujących parametrach, o ile spełnia wszystkie poniższe wymagania minimalne określone w zapytaniu.

Pytanie 2 do części 1

Czy zamawiający w części 1 dopuści pompę o roku produkcji nie starszą niż rok 2024?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 4

Pytania do części drugiej – Koncentrator tlenu

Pkt. 16

Czy zamawiający dopuszcza koncentratory fabrycznie nowe z datą produkcji 2024r?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 19

Czy zamawiający dopuszcza koncentrator z regulacją od 0,125 LPM do 5 LPM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 20

Czy zamawiający dopuszcza koncentrator bez blokady przepływu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 21

Czy zamawiający dopuszcza koncentrator z głośnością do 45 dBA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 22

Czy zamawiający dopuszcza koncentrator o wymiarach 36x23x58,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 23

Czy zamawiający dopuszcza koncentrator o wadze 14,5kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 26

Czy zamawiający dopuszcza koncentrator w którym alarm dźwiękowy włącza się po 10 sekundach, a nie 15 minutach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 28

Czy zamawiający dopuszcza koncentrator gdzie temperatura pracy jest z zakresu 5 – 40 st. C ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 31

Czy zamawiający dopuszcza koncentrator o średnim poborze mocy 300W ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 32

Czy zamawiający dopuszcza koncentrator nie wyposażonego w akumulator litowy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.

Z poważaniem,
Adam Szałanda
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika w Suwałkach