

Suwałki, dnia 28.02.2024r.

SZW/DZI/03/2024

Wszyscy uczestnicy zapytania cenowego
Znak sprawy: SZW/01/2024

Dotyczy: Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pt. Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do publicznej opieki ginekologiczno-położniczej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

UCZESTNIK 1

DOTYCZY CZĘŚCI 1 - Fotel ginekologiczny z regulowaną elektrycznie wysokością

Pytanie 1 (dotyczy pkt 2 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela ginekologicznego z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 48-102 cm

Odpowiedź: Nie dopuszcza

Pytanie 2 (dotyczy pkt 6 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela z przewodowym sterownikiem nożnym.

Odpowiedź: Nie dopuszcza

Pytanie 3 (dotyczy pkt 8 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela z kółkami w podstawie, bez elektrycznego ich wysuwania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 (dotyczy pkt 9 tabeli OPZ)

Prosimy o odstąpienie od wymogu z punktu 9

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 5 (dotyczy pkt 15 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela z podpórkami na nogi, które nie są sterowane elektronicznie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 6 (dotyczy pkt 16 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela o długości 175 cm.

Odpowiedź: Nie dopuszcza

Pytanie 7 (dotyczy pkt 24 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela, w którym istnieje możliwość zdjęcia ochraniacza z podpórki nóg, tak aby pacjentka postawiła stopy na metalowej konstrukcji fotela.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

UCZESTNIK 2

Pytania do paragrafu 1 punkt 14 oraz paragrafu 2 punkt 7 umowy

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu sprzęt porównywalny oraz sprzęt równoważny na sformułowanie „zastępczy fotel ginekologiczny zapewniający ciągłość pracy”? Z uwagi na bardzo



16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



zaawansowane indywidualne wyposażenie zgodnie z Państwa zapytaniem, nie jesteśmy w stanie zapewnić sprzętu o identycznych parametrach, ale jesteśmy w stanie zapewnić sprzęt zapewniający ciągłość pracy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu
Przed zmianą:

§ 1

14. Zgłaszanie awarii przez Zamawiającego następuje: faksem lub e-mailem w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00. W przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 72 godz. w dni robocze, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku. Łączny czas naprawy, tj. przyjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 72 godz. w dni robocze.

Po zmianie:

§ 1

14. Zgłaszanie awarii przez Zamawiającego następuje: faksem lub e-mailem w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00. W przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 72 godz. w dni robocze, Wykonawca zapewni na swój koszt zastępczy sprzęt zapewniający ciągłość pracy. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku. Łączny czas naprawy, tj. przyjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 72 godz. w dni robocze.

14. Zgłaszanie awarii przez Zamawiającego następuje: faksem lub e-mailem w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00. W przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 72 godz. w dni robocze, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku. Łączny czas naprawy, tj. przyjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 72 godz. w dni robocze.

Czy zamawiający jest w stanie zaproponować termin dłuższy niż 72 godziny? Produkt jest pochodzenia zagranicznego dlatego sam czas ściągnięcia części do Polski jest dłuższy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu
Przed zmianą:

§ 2

7. Jeśli Zamawiający w trakcie eksploatacji sprzętu stwierdzi, iż towar zawiera wady, zawiadamia telefonicznie bądź pisemnie (w tym drogą elektroniczną) Wykonawcę o zaistniałym fakcie, a Wykonawca w terminie 3 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), dokonuje wymiany towaru wadliwego na towar bez wad.

Po zmianie:

§ 2

7. Jeśli Zamawiający w trakcie eksploatacji sprzętu stwierdzi, iż towar zawiera wady, zawiadamia telefonicznie bądź pisemnie (w tym drogą elektroniczną) Wykonawcę o zaistniałym fakcie, a Wykonawca w terminie 10 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), dokonuje wymiany towaru wadliwego na towar bez wad.

Czy w paragrafie 2 punkcie 7 oraz paragrafie 1 punkt 14 zamawiający odnosi się do okresu gwarancyjnego? Nie jest to określone w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający w paragrafie 2 punkcie 7 oraz paragrafie 1 punkt 14 odnosi się do okresu gwarancyjnego

Zamawiający

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

