

Suwałki, dnia 18/06/2024r.

**Odpowiedzi na zapytania**

Dotyczy: **Zakup, dostawa i montaż myjni dezynfektora, wózka wanny na potrzeby SOR w ramach projektu pn. „Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujących z SOR Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” ze środków Ministerstwa Zdrowia**

**Uczestnik 1**

**Parametry techniczne część 1 myjnia dezynfektor – 1 szt.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści myjnię z orurowaniem ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający,  
**Adam Szałanda**  
DYREKTOR  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach



16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00  
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: [wojewodzki@szpital.suwalki.pl](mailto:wojewodzki@szpital.suwalki.pl),  
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,  
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

