

Suwałki dnia: 20-05-2025r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

P O W I A D O M I N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt.1:

Wyłonienie wykonawcy na „Zakup cystoskopu sztywnego 2 szt. na potrzeby Poradni Urologicznej w ramach dotacji z Budżetu M. Suwałki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówień znajduje się w załączniku nr 1”. Zakup sfinansowany z Budżetu Miasta

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma:

KARL STORZ Polska Sp. z o. o., z siedzibą ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu cenowym oraz nie podlega wykluczeniu, jak również oferta nie podlega odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Pakiet	Nazwa i adres wykonawcy	Nazwa kryterium - cena
Cystoskop sztywny – szt. 2	KARL STORZ Polska Sp. z o. o. ul. Hołubcowa 123 02-854 Warszawa	54 638,94 zł.
Cystoskop sztywny – szt. 2	Videomed Justyn Skrzętnicki ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój	44 388,00 zł.

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1	Videomed Justyn Skrzętnicki ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój	Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 PARAMETRY TECHNICZNE wymagał: 1) poz. 2 „Płaszcz cystoskopowy o wymiarze 22Fr”, natomiast oferent zaoferował „Płaszcz cystoskopowy o wymiarze 22Fr z tolerancją +- 1Fr. 2) poz. 7 „Taca druciana ze składanymi uchwytyami, boki z płyty z otworami, wymiary zewnętrzne: 480x250x66mm”, natomiast oferent zaoferował : „Taca druciana ze składanymi uchwytyami,

		boki z płyty z otworami, wymiary zewnętrzne: 482x250x70" W załączniku z powyższym oferta nie spełnia warunków i podlega odrzuceniu.
--	--	---

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:	Nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
0	0	0

Zamawiający,

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach