

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Do zamówienia pn. „ Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego w tym lodówki farmaceutycznej w ramach projektu pn. „Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujących z SOR Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”

Uczestnik nr 1

PYT. 1 Dotyczy części 2,3,4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzania corocznych przeglądów gwarancyjnych, jeśli Producent ich nie wymaga w okresie obowiązywania gwarancji?

Odp. Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzania corocznych przeglądów w trakcie gwarancji urządzenia.

PYT. 2 Dotyczy części 2,3,4

Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju z max 3 dni roboczych do max 7 dni roboczych ?

Odp. Zamawiający wydłuża czas do 5 dni roboczych

PYT. 3 Dotyczy części 2,3,4

Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych z zagranicy z max. 5 dni roboczych do max 14 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wydłuża czas do 10 dni roboczych

PYT. 4 Dotyczy części 4

Czy Zamawiający dopuści pojemność brutto wynoszącą 1397 l?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Uczestnik nr 2

PYT. 1 Dotyczy części 4

Zamawiający w cz. 4 wszystkie parametry chłodziarki podaje co do milimetra i mililitra. Czy przewidują Państwo "widelki", np.: wymiary 1430/830/2160 mm +/-5% lub " wymiary nie większe niż: 1430/830/2160 (SxGxW)"?

Odp. Zamawiający dopuszcza widelka :

- w poz. 1 +/- 40L,
- w poz. 2 +/- 30 mm
- w poz. 17 +/- 5 kg

Zwracamy się z ogromną prośbą o precyzyjne określenie pytania.

PYT. 2 Dotyczy części 4

Czy Zamawiający w części 4 dopuści urządzenie o pojemności brutto 1400 l, co jest parametrem korzystniejszym - większej pojemności przy wymiarach nie przekraczających podanych w specyfikacji?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza pojemność brutto 1361 (+/- 40 L) w związku z tym dopuszcza oferowaną przez Wykonawcę pojemność 1400 L

PYT. 3 Dotyczy części 4

Czy Zamawiający w części 4 dopuści chłodziarkę z kolorem obudowy – srebrnym i czarnym?

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane kolory ponad to dopuszcza również inne kolory bez wskazywania jakie.

PYT. 4 Dotyczy części 4

Czy Zamawiający w części 4 dopuści chłodziarkę z LED-owym oświetleniem wnętrza umiejscowionym z boku? Umieszczenie oświetlenia nie ma wpływu na funkcjonalność oświetlenia komory.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza

K I E T O W N I E
Działu Zamówień i Inwestycji
Edyta Kozłowska