

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Do zamówienia pn. „ Dopuszczenie Poradni Laryngologicznej w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

PYT. 1 Dotyczy części 1 Kozetka z elektryczną regulacją wysokości

Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ;

1. Podglówek regulowany w zakresie góra 43° w dół 74 °
2. Wysokość: 540 -945 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

K I E R O W N I K
Działu Zamówień i Inwestycji

Edyta Kizywicka